

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2405	作業日/納入日	2021/05/28(金)	ご依頼日/受付	
お得意様	よつば歯科クリニック			様	ご依頼者
住所	愛知県一宮市桜1丁目12-14			室名	
TEL	0586-26-1428			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
メーカー	IHIアグリテック	型式	ICC-		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	その他	製造番号	100063	運転回数	2417 回
完了・継続	☒ 完了 継続	有料・無料	☒ 有料 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	修理機引き上げ、代替え機設置。		原因	
	エラーNo・コード	エラー12		

処置	☐ 部品交換	☐ 各部増締	代替え機No. 100208 運転回数2880回。 ※エアフィルターが379回使用の為、交換実施。 試運転。
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考
	762822990	エアフィルター	1.00		0	0		支給品

作業費用	基本料	平日				17,000 円	合計	部品合計		円
	技術料		H X 名 X 円 =			円		作業合計	18,500 円	
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	15 km X	1 回 =	1,500 円			円	
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =			円			円		
	諸経費	円						税別合計金額	18,500 円	
		円						消費税(10%)	1,850 円	
		円						ご請求額	20,350 円	
		円								

お客様への伝言 メーカーで点検作業後、すぐにエラーが出た為、原因が分かり次第メーカーから院長先生の方へ連絡致します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山	カウマサバ	倉知	長川原	久保

納品書No.
1713