

点検・修理報告書

管理 No. 210453

発行日: 2021年10月7日

IC Clave			
作業年月日	2021年9月7日	作業時間: 8 Hr	
顧客名	朝岡歯科メディカルクリニック 様	TEL: 053-489-6480	
所在地	静岡県浜松市中区中央1丁目15-5 浜松メディカルパーク5F	ご担当 様	
販売店	ササキ名古屋南店	ご担当 様	
納入年月日	2019 年 7 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100417	運転回数: 2033回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁の故障により蒸気が缶内に注入されず、エラー16が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・蒸気発生器からリークがありましたので、Oリングを交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	Oリング		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

21 年 10 月 11 日

朝岡奈穂

ご署名

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
21/10/07	21/10/07	21/10/07