

点検・修理報告書

管理 No. 210357

発行日: 2021年9月21日

IC Clave	
作業年月日	2021年8月24日 作業時間: 8 Hr
顧客名	杉山歯科医院 様 TEL: 052-387-8201
所在地	愛知県名古屋市港区甚兵衛通3-27-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 5 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100330	運転回数: 3142回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障しており、蒸気が注入できないために、エラー 1 6が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・蒸気安全弁からリークがありましたので、交換いたしました。		
・性能低下のため、真空ポンプを交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	蒸気安全弁		1		
3	真空ポンプ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

07 年 9 月 22 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
'21/09/21	'21/09/21	'21/09/21