

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブIC Clave 設置報告書

お客様	名称 Fデントル7リニツ7	製造番号 300/66	IHIアグリテック用 ご確認
	住所 愛知県日進市蟹甲町中島4-1	納入検査実施日 2021年5月11日	
		納入検査実施者 エムシーサービス(株)中山	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	減菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガッツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✕	キズ・汚れ 左側パネルにキズ(有)
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定減菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いか)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか			リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いか)		✓	付属品の確認・銘板・メンテナンス記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他		運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項

※元電圧207V ※左側パネルにキズが有りました。(リタ田中様と確認)
Icclaveは容先に設置しました。パネルの交換予定(現地に)