

点検・修理報告書

管理 No. 210729
発行日: 2021/12/14

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021年12月13日		作業時間: Hr
顧客名	宇治山田歯科医院 様		TEL: 0596-21-5888
所在地	三重県伊勢市岩淵2-4-37		ご担当 様
販売店	ササキ(株)津支店		ご担当 滝川 様
納入年月日	2021 年 2 月 4 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100513	運転回数: 731 回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー1 漏洩検出

原因

循環ラインのストレート継手、L字継手からの水漏れ。

処置、作業内容

ストレート継手、L字継手、継手用パッキン、パッキン押え交換。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ストレート継手		1		
2	L字継手		1		
3	継手用パッキン		2		
4	パッキン押え		2		
5					
6					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

1. 有償 2. 無償

合計 ¥516,0037 三重県伊勢市岩淵2-4-37

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医療法人 宇治山田歯科医院
理事長 片山 昇
http://www.ujiyamada.com/
TEL 0596-21-5888 FAX 0596-21-5333

ご署名

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/12/14	'21/12/14	'21/12/14