

# 点検・修理報告書

管理 No. 210138

発行日: 2021年7月13日

|       |                                                                                                                                    |                                                                       |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 機種/型式 | クラスBオートクレーブ BC-17                                                                                                                  |                                                                       |            |
| 作業年月日 | 2021 年 7 月 6 日                                                                                                                     |                                                                       | 作業時間: 3 Hr |
| 顧客名   | はるのり歯科 様                                                                                                                           | TEL: 0562-39-4180                                                     |            |
| 所在地   | 愛知県東海市高横須賀町5-12                                                                                                                    |                                                                       | ご担当 様      |
| 販売店   |                                                                                                                                    |                                                                       | ご担当 様      |
| 納入年月日 | 2014 年 10 月 16 日                                                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品        |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |                                                                       |            |
| 出張・引取 | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |            |

|      |                |         |
|------|----------------|---------|
| 装置情報 | 製造番号: 14070118 | 運転回数: 回 |
|------|----------------|---------|

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ドアセンサー異常

原因 ・ ドアハンドル破損によるドアロック不良

処置、作業内容

- ・ ドアハンドルの交換
- ・ 給水タンクキャップ、精密ろ過フィルターの劣化による交換
- ・ 各種点検・清掃・運転確認

特記事項

|   | 交換部品名称    | 部品コード | 数量     | 単価      | 小計      |
|---|-----------|-------|--------|---------|---------|
| 1 | ドアハンドル    |       | 1      | ¥2,500  | ¥2,500  |
| 2 | 給水タンクキャップ |       | 1      | ¥12,900 | ¥12,900 |
| 3 | 精密ろ過フィルター |       | 1      | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 4 |           |       |        |         |         |
| 5 |           |       |        |         |         |
| 6 |           |       |        |         |         |
| 7 |           |       |        |         |         |
|   |           |       | 部品代 合計 | ¥28,800 |         |
|   |           |       | 技 術 料  |         |         |
|   |           |       | 出 張 料  |         |         |
|   |           |       | 合 計    |         |         |

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3年 7月 16日

ご署名

加古 陽里

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム  
環境ソリューションBU サービスグループ  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証 | 責任技術者 | 作業者 |
|----|-------|-----|
|    |       |     |

## 御 見 積 書

2021 年 6 月 14 日

株式会社モリタ名古屋 長谷川様

下記の通り御見積致しますので何卒御用命  
下さいます様お願い申し上げます。

御見積総金額： 66,600 円

御支払条件： 貴社慣行払い

荷造運搬費： 下記見積に含む

納期： 別途ご相談

納入場所： 貴社指定場所

株式会社 I H I アグリテック  
環境プロジェクト部 営業グループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL (086)944-6528  
FAX (086)942-9030

| 承認                                                                                 | 審査                                                                                  | 作成                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

担当者： 宮 下

見積有効期限：発行後3ヵ月

| 項目 | 品名.仕様                                       | 数量    | 単 価      | 金 額      |
|----|---------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 1  | BC-17 高圧蒸気滅菌装置用<br>ドアハンドル<br>定価：2,500 円     | 1 個   | 1,600 円  | 1,600 円  |
| 2  | BC-17 高圧蒸気滅菌装置用<br>給水タンクキャップ<br>定価：12,900 円 | 1 個   | 9,000 円  | 9,000 円  |
| 3  | BC-17 高圧蒸気滅菌装置用<br>精密ろ過フィルター<br>定価：13,400 円 | 1 個   | 9,500 円  | 9,500 円  |
| 2  | 交換作業費用<br>(運転確認時間含む)                        | 3,0 h | 9,000 円  | 27,000 円 |
| 3  | 派遣費用                                        | 1,5 h | 13,500 円 | 13,500 円 |
| 4  | 交通費用<br>(エムシーサービス⇔医院様)                      | 50 km | 120 円    | 6,000 円  |
|    | 合 計                                         |       |          | 66,600 円 |

備考欄： 1. 消費税別途  
2. 上記なき事項は別途打ち合わせ