

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	3245	作業日/納入日	2021/07/06(火)	ご依頼日/受付	
お得意様	ふみファミリー歯科 様			ご依頼者	様
住所	愛知県大府市梶田町3丁目19番地			室名	
TEL	0562-77-2724			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
同行		同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	IC Washer -		
機種名	ウォッシャー・ディスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
作業区分	修理	製造番号	100212	運転回数	1197 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	廣瀬 様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	①エラー7(循環水圧低下)が出る。 仕上げ剤のエラーが出る。		原因	①ゴムブッシュの劣化だと考えられます。 ②仕上げ剤フロートASSYの誤作動だと考えられます。	
	エラーNo・コード	7			

処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	ゴムブッシュ交換実施。 仕上げ剤フロートASSY交換実施。 劣化の為、下記部品交換実施。 排水フィルター。 試運転実施。 給湯温度45に設定実施。 排水ホース長さ調整実施。
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考
	762810950	ジョイントゴム	1.00		0	0		支給品
	762875890	仕上げ剤チューブASSY	1.00		0	0		支給品
	762125630	排水フィルター	1.00		0	0		支給品

作業費用					円	合計	部品合計	円	
	技術料	平日	1.5 H X	1 名 X 8,500 円 =	12,750 円		作業合計	24,910 円	
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	68 km X	1 回 =		6,800 円		円
	宿泊費		泊 X	名 X	円 =		円		円
	諸経費				3,000 円		税別合計金額	24,910 円	
	有料道路				2,360 円		消費税(10%)	2,491 円	
					円		ご請求額	27,401 円	
					円				

お客様への伝言

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山	大野	倉知	長川	小林

納品書No.
3160