

点検・修理報告書

管理 No. 210366

発行日: 2021年9月23日

IC Clave	
作業年月日	2021年8月27日 作業時間: 8 Hr
顧客名	くのう歯科 様 TEL: 058-387-2051
所在地	岐阜県羽島郡笠松町上本町30 ご担当 様
販売店	デントオール ご担当 様
納入年月日	2020 年 3 月 2 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100371	運転回数: 656回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁の作動不良により、蒸気が注入されず、エラー 1 6 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

21 年 10 月 5 日

ご署名 印

修理業者 株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	大黒
'21/09/23	'21/09/23	'21/09/23