

点検・修理報告書

管理 No. 210415

発行日: 2021年9月9日

IC Clave		
作業年月日	2021年8月26日	作業時間: 8 Hr
顧客名	功光デンタルクリニック 様	TEL: 052-303-4180
所在地	愛知県名古屋市中川区助光2-906	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 9 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100135	運転回数: 1728回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 5 蒸気発生器加熱時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・蒸気ヒーターが断線したため、蒸気発生器の温度が上昇せず、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーターを交換しました。		
特記事項		
・真空ポンプの吸引力が低下していましたので、交換しました。		
・アジャスターが破損していましたので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	真空ポンプ		1		
3	アジャスター		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 10 日

ご署名

上田

印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者