

点検・修理報告書

管理 No. 210638

発行日: 2021年11月5日

IC Clave	
作業年月日	2021年10月27日 作業時間: 8 Hr
顧客名	名古屋矯正歯科 様 TEL: 052-581-4718
所在地	愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命ビル14F ご担当 様
販売店	デンタルショップ渡辺 ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100258	運転回数: 4788回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプの吸引力が低下しておりました。		
・ドアパッキンが劣化しておりました。		
処置、作業内容		
真空ポンプとドアパッキンを交換しました。		
特記事項		
・アジャスタ破損のため、交換しました。		
・缶内フィルターのOリングを交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	ドアパッキン		1		
3	アジャスタ		1		
4	Oリング		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 8 日

ご署名 松下 千晃 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/11/5	'21/11/5	'21/11/5