

点検・修理報告書

管理 No. 210895

発行日: 2022年1月7日

IC Glave	
作業年月日	2021年12月21日 作業時間: 8 Hr
顧客名	のじま歯科クリニック 様 TEL: 0595-98-6480
所在地	三重県亀山市川崎町4746 ご担当 様
販売店	ササキ(株)津支店 ご担当 小宮 様
納入年月日	2018 年 9 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100358	運転回数: 1602回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 サーキットプロテクタ		2		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2022 年 1 月 10 日

野島 卓



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'22/1/7	'22/1/7	'22/1/7