

点検・修理報告書

管理 No. 210595
発行日: 2021年10月29日

IC Clave			
作業年月日	2021年10月20日		作業時間: 8 Hr
顧客名	なな歯科 様		TEL: 0568-39-4177
所在地	愛知県北名古屋市鹿田坂141		ご担当 様
販売店	(株)デントオール		ご担当 上野 様
納入年月日	2018 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100327	運転回数: 2832回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・異音がするので運転できない。		
原因		
・蒸気弁故障により蒸気発生器の圧力が高くなったために、蒸気用安全弁がリリーフしたと考えられます。異音はこの蒸気が吹く音です。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・回水弁も交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 5 日

ご署名 山田 賢 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/10/29	'21/10/29	'21/10/29