

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 12日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年 4月 9日		作業時間: Hr
顧客名	愛歯科 原田診療所 様	TEL: 0577-85-8020	
所在地	静岡県熱海市田原本町9-1 第一ビル 6F		ご担当: 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所		ご担当: 落合 様
納入年月日	2016年 4月 13日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・可取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100094	運転回数: 1280回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
- Iラ-No.15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常		
- Iラ-No.16 蒸気注入異常		
原因		
- 蒸気発生器, 故障		
- 蒸気弁, 故障		
処置、作業内容		
故障部品, 交換とおこなわれました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器		1		
2	蒸気弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		410

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 15日

ご署名 原田 博己 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
79.4.12	小柳