

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

2021年 6月 7日

お客様	名称	様	製造番号	点検実施日	ご承認印	経
	住所		運転回数	点検実施者		
	納入場所		サービス形態	モリタ担当者		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

(合) ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
HEPAフィルタ	1
プレフィルタ	1
ドアパッキン 上	1
ドアパッキン 下	1
ヤクザイポンプチューブ	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2563	作業日/納入日	2021/06/07(月)	ご依頼日/受付	
お得意様	のと歯科 様			ご依頼者	様
住所	富山県黒部市生地中区176マルゼン中央1F			室名	
TEL	0765-32-4696			保守契約	

実施センター	金沢SC	TEL	076-223-4456	作業者	川村力
応援	木下典之	応援		応援	

メーカー	I H I アグリテック	型式	ICWasher		
機種名	ウォッシャー・デイスインフエクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
作業区分	点検(既存)	製造番号	100444	運転回数	762 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		

請求先	株式会社 I H I アグリテック	注文No.	
支店名		ご担当者	様
連絡事項	見積No.		

連絡事項	
------	--

ご依頼内容・現象	定期点検1年目	原因	
	エラーNo・コード		

処置	☒ 部品交換 ☒ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転	☒ 各部増締 ☐ グリスアップ ☒ 設定・PG確認 ☒ 異常なし	支給部品交換 試運転異常無し
----	---	--	-------------------

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	0	HEPAフィルター	1.00	0	0		支給品
	0	プレフィルター	1.00	0	0		支給品
	0	ヤクザイポンプチューブ	2.00	0	0		支給品
	0	ドアパッキンウエ	1.00	0	0		支給品
	0	ドアパッキンシタ	1.00	0	0		支給品

作業費用	点検料	平日		30,000 円	合計	部品合計	円
	技術料		H X 名 X 円 =	円		作業合計	55,000 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 220 km X 1 回 =	22,000 円				円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円				円
	諸経費		3,000 円			税別合計金額	55,000 円
			円			消費税(10%)	5,500 円
			円			ご請求額	60,500 円
			円				

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
(川村)	阿部			

納品書No.