

※ 緊急を要するため、エムシーサービスさまに直接依頼済です。

終了して
おきます。

[BC-17、WD-150点検・出張修理依頼票兼発注書] (受付票) FAX

(株)IHIシパウラー

担当者

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

- ☐ 保守点検報告
☐ 受付報告
☐ 修理報告
☐ 直接、修理依頼
 がありました

- ☐ 保守点検依頼
☒ 修理依頼
☐ TEL 依頼分

株式会社モリタ

滋賀営業所

担当者 秦

TEL 077-552-2121

FAX 077-552-4048



次の通り、訪問します

受付No	訪問予定日	受付担当者
	月 日 AM/ PM	

修理結果を下記の通り、(完了・中間)報告します

訪問日	月 日	担当者
報告内容	☐ 部品交換の上、完了いたしました。 ☐ 各部調整により、完了いたしました。 ☐ 持ち帰り修理(月 日完了予定です) ☐ 部品待ちの為 月 日に再訪問予定です。 ☐ 見積連絡待ちの為、保留中です。 ☐	

修理業者様へ

- ・アポイントの結果をこの修理依頼票に記載しモリタ拠点にFAXする。
- ・出張修理完了後(翌日まで)、修理結果をこの修理依頼票に記載し、モリタ拠点宛に必ずFAXする。

下記の通り、出張修理を依頼します。

依頼日	2016年1月26日	依頼No		担当者	秦 (080-1477-1876)
医院名	中村歯科医院(木戸)さま ご担当者:				
ご住所	滋賀県大津市木戸116-12 TEL: 0775-92-0006				
製品名	ウォッシャー・デイスインフェクター	形式	IC Washer	Ser No	100053
販売店	(株)モリタ 滋賀営業所	設置日	2016年 1月 16日		
故障状況	別紙ご参照下さい。 事後報告をスミマセン。 (至急のため、MCサービスさまに直接連絡、ご対応済み。)				
訪問希望日	ご訪問済み	契約種類	保証期間 (内・外)		
備考 (IHIシパウラコメント)					
保守点検の場合: 部品交換 (有・無)					

結果
修理依頼伝票

依頼日

2016年1月29日

滋賀営業所

医院名	中村歯科医院 さま			電話番号	077 - 592 - 0006		担当者	秦	
住所	大津市木戸116-12						受付者		
機種	IC Washer		ウォッシャー・ディスインフェクター No.100053						
修理依頼内容 新規導入分の『IC Washer』 1月16日（土）納品分ですが、18日（月）から23日（土）までご使用。 1月25日（月）朝一にエラーメッセージが出て、扉が開かなくなりました。 取付をされたMCサービスさま名古屋の高津さまに連絡をしたところ、京都のMCサービスさまにご連絡いただき、11時半から3時半まで修理・点検（渡辺さま）。 しかし、1月26日（火）朝一またエラーが出て、使用不可。（株）モリタ京都支店の菊池から弊社本社の高木に連絡し、修理依頼。京都のMCサービスさま曰く、フロートスイッチをかえないと駄目とのことでしたが、京都には在庫なし。 IHIシバウラさまと連絡・やりとりをされた後、一応京都のMCサービスさまが医院にお昼に訪問され、解除。 夕方、IHIシバウラさま到着。新品交換とあいなりました。									
（サービス記入欄）									
医院情報			部品手配	訪院日	月	日	部品手配日	月	日
診療時間		～	手配部品名	印		部品コード			
昼休み		～							
休診日	曜日		曜日		部品納期		月 日		
駐車場	有	無	アポイント日時		月	日	曜日	～	
備考一			連絡事項						