

株式会社IHインバウラ


品質保証部

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ滋賀営業所	担当者名	秦
ユーザー名	中村歯科	お客様担当者	院長
納品年月日	2016・1・16	機種名/機番	ICC 100050
発生年月日	2016・2・20	発生場所	滋賀県大津市

不具合内容



2月22日にエラー11で停止 2ロット目
冷却ファンはついていました。

100073号機に新品機入れ替え2月23日



品保本 '16/02/25 太田	品証 '16/02/25 塚本	営業サービス '16/02/24 安田
------------------------	-----------------------	---------------------------

回 答

【記入欄】

品証

--	--	--	--