

点検・修理報告書

管理 No. 20180267
発行日: 2018 年 4 月 27 日

機種/型式	オートクレーフ Ic c/ave		
作業年月日	2018 年 4 月 27 日		作業時間: Hr
顧客名	八木歯科 様	TEL:	
所在地	滋賀県大津市神領1-12-15		ご担当 様
販売店	モリタ滋賀営業所		ご担当 様
納入年月日	2015 年 12 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100046	運転回数: 1774	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー14
・ドアが開かない

原因

・真空ホ=フ⁰の劣化
・排気弁の故障

処置、作業内容

・真空ホ=フ⁰の交換, 排気弁の交換
・装置内部の配管チューブ, 継手, 電磁弁の清掃
・排水タンクの清掃, 吐出体内部の研磨

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ホ=フ ⁰		1		
2	排気弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技術料	
	出張料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030	責任技術者	作業者
------	---	-------	-----