

D 作業報告書

お得意様	クラウド歯科医院 様		ご承認印
住所	滋賀県彦根市江幡町21-12		
TEL	0748-33-1100	室名	
機種型式	WD-150	号機	14080146
先子	継続	有料	無料
取扱業者名	様		

ご依頼内容・現象

エ程中にユウザ-による金中停止エラーが
でる(押しスイッチは押していない)

原因

試運転したか再現されない
(エラーは 2月3日 9日 10日 12日の計4回でている。)

処置

試運転
履歴の確認

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

購の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 2 月 17 日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 検整備 ☐ 3 検点検 ☐ 4 検整備 ☐ 5 点検 ☐ 9 対象 (摘要✓)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 スポット ☐ 3 医療機器 ☒ 区分 時 非時

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 点検 ☐ 60 撤去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1H × 1名 × 7500円	7500
3	派遣料	5.5km × 2 × 1名 × 100円	11000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	有料高速代	2620
6			

サービスセンター

京都 S/C

TEL 075-283-0410

実施者

渡辺

部署長

入力

検印

納品書

メモ

IHI

特記事項

2月5日 17/20 枚

①管理 No. 781360

②作業日 20 16 02 17

③Uコード 0748331100

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14080146

⑦保守・サービス形態 9-3-50

⑧故障コード 32-999-8

⑨実施SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-9-4-2

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 21120

⑮

⑯

税別合計金額 21120

⑰

消費税 1689

ご請求金額 ¥ 22809

納品書 No. 9461



18-02-12:17:06 : (株)IHシパウラ 風車新

[・修理依頼票]

(受付票) FAX

(株)IHシパウラ→エムシーサービス
 長川原 様
 担当者 担当者
 TEL086-944-6528 TEL026-273-0720
 FAX086-942-9030 FAX026-273-4074

- ☐ 保守点検報告
☐ 受付報告
☐ 修理報告
☐ 直接修理依頼
 がありました

- ☐ 保守点検依頼
☐ 修理依頼
☐ TEL依頼分

株式会社モリタ
 滋賀営業
 担当者 柄崎 様
 TEL077-552-2121
 FAX

エムシー京都 渡辺様

次の通り、訪問します075-283-0411

受付No	訪問予定日	受付担当者
2016212-1	2月17日 AM/ PM	16/02/12 安田

修理結果を下記の通り、(完了・中間)報告します

訪問日	月 日	担当者
報告内容	☐ 部品交換の上、完了いたしました。	
	☐ 各部調整により、完了いたしました。	
	☐ 持ち帰り修理(月 日完了予定です)	
	☐ 部品待ちの為 月 日に再訪問予定です。	
	☐ 見積連絡待ちの為、保留中です。	
	☐	

代替機対応の場合

代替機対応が必要な理由

モリタ拠点宛に必ずFAXしてください。

下記の通り、保守点検・修理を依頼します。

依頼日	16年2月12日	依頼No		担当者	柄崎様
医院名	クラウド歯科 様				
ご住所	〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町21-12 TEL0748-33-1100				
製品名	ウォッシャー	形式	WD-150	Ser No	14080146
販売店		設置日	15年 5月 7日		
故障状況	槽内洗浄で必ずエラー98がでる(ユーザーによる途中停止)				
訪問希望日	月 日 AM/ PM	保証期間 (内・外)			
備考 (IHシパウラコメント)					
至急アポイントお願いします。機械は使えていると言ことです。 槽内洗浄時に必ず出ると言ことなんですがユーザーが中止ボタンをおさないと出ないはずなんで確認に言ってください。 保守点検の場合: 部品交換 (有・無)					

1 / 1