

点検・修理報告書

管理 No. 20190246
発行日: 2019 年 3 月 11 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 3 月 7 日		作業時間: Hr
顧客名	クラウド歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	滋賀県近江八幡市中村町21-12	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 5 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080146	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー3 機器内漏水			
原因			
循環ポンプ出口の配管からの水漏れ			
処置、作業内容			
循環ポンプ出口の配管交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

クラウド歯科 三宅将太

〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町21番地12
TEL:0748-33-1100 FAX:0748-36-7757

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
19.3.11 田	19.3.11 田