

点検・修理報告書

管理 No.

20191015

発行日: 2019 年 6 月 18 日

機種/型式	ウォッシャー・ディスペンサー WB-150		
作業年月日	2019 年 6 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	クラウド歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	滋賀県近江八幡市	ご担当 様	
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14080146	運転回数: 総 2783 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 定 259回 エラー-3 機器漏水			
原因 循環ホース7°出口からの水漏れ			
処置、作業内容 循環ホース7°出口ホースバンドの増締め			
特記事項			


	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
クラウド歯科 三宅将太 〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町21番地12 TEL: 0748-33-1100 FAX: 0748-36-7767 ご署名					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



小山

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 2019 年 6 月 17 日

【対応日】 2019 年 6 月 18 日

【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 加藤)

☐ユーザー

☐その他 ()

【ユーザー名 & 県名】 クラウド歯科クリニック 森賀

WD-150

IC Washer【機番: 14080146】

【症状】

エラー 3 機器内漏水

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐水

☒水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック 吸引管立てのみ使用

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

循環ポンプ出口からの水漏れ
漏水量がかなり多い。

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ディスプレイ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】