

作業報告書

エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	3098	作業日/納入日	2021/06/29(火)	ご依頼日/受付				
お得意様	島野修歯科医院			様	ご依頼者			
住所	滋賀県彦根市中藪1丁目1-10			室名				
TEL	0749-26-1825			保守契約	なし			
実施センター	京都SC	TEL	075-632-8000	作業者	小林隼士			
同行		同行		同行				
メーカー	IHI物流産業システム	型式	WD-150-					
機種名	ウォッシャー・デイスンフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当			
作業区分	修理	製造番号	13080010	運転回数	回			
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料					
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.				
支店名		ご担当者	廣瀬	見積No				
連絡事項								
ご依頼内容・現象	給水量不足		原因	給湯用流量計不良によりエラーが出た				
	エラーNo・コード							
処置	☐ 部品交換 ☐ 各部増締 ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・PG確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転 ☐ 異常なし		温水併用から水道水のみに設定を変更致しました。 ※後日部品取り寄せ交換致します。					
交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考
	0	給水電磁弁	1.00		0	0		支給品
	0	フロートスイッチ	1.00		0	0		支給品
作業費用	技術料	3.0 H X 1 名 X 8,500 円 =	25,500 円	合計	部品合計		円	
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 82 km X 2 回 =	16,400 円		作業合計		49,420 円	
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円				円	
	諸経費		3,000 円				円	
	高速料金	2260円 X 2	4,520 円		税別合計金額		49,420 円	
			円		消費税(10%)		4,942 円	
			円		ご請求額		54,362 円	
			円					
お客様への伝言								

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
小林	島野	渡辺	長川	小林

納品書No.
2773