

D 作業報告書

お得意様 (株)11-11-11	様	ご承認印
住所 岡山県		岡田
TEL 086-944-6528	実名	ご依頼
機種 修理サポート	号機	運転回数
完了	継続	有料
取扱業者名 (株)11-11-11	様	ご担当者 岡田

ご依頼内容・現象

BC-17/13100068 ごとうD/C

ドアが南からい。

原因

真空乾燥弁 漏れ交換

給水ホースアミ清掃

エアフィルター交換

処置

試運転

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	部位
☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり	
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 07 月 25 日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 点検整備 ☐ 3 点検整備 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☒ 対象外 (摘要)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 ポット ☒ 3 CM ☐ 4 医療機器 ☐ 5 区分 ☐ 6 特管 ☐ 7 非特管 ☐

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☒ 50 撤去移設 ☐ 60 撤去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 8 H× 1 名× 5,000 円		40,000
3	派遣料 名× 円		
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6			

サインセンター

岡田

実施者

西村

TEL - -

メモ

特記事項

①管理 No. 786291

②作業日 20 16 07 25

③Uコード 0869446528

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-999-9

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 40,000

⑮

⑯

税別合計金額 40,000

⑰

消費税 3,200

ご請求金額 ¥ 43,200

納品書 No. 3419