

D 作業報告書

得意	まつえだ歯科			様
住所	京都市左京区一乗寺地藏本町20			様
TEL	075-711-8241	室名		様
機種型式	IC Washer	号機	104	回
先子	継続	右料	左料	製器
取扱業者名	100033			様
ご担当者				様

ご依頼内容・現象

①エラー9 仕上剤供給異常
②水漏れ

原因

①仕上剤流量計の作動不良
②ホースバルブのゆるみ

処置

①仕上剤流量計の交換取付
②ホースバルブ締め付け
③水漏れチェック

工/49992

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 3 月 8 日

保守形態

1 保守契約	2 性能点検	3 注点検	4 点検整備	5 点検	9 点検 (摘要)
--------	--------	-------	--------	------	-----------

サービス形態

1 保守期間	2 スポット	3 医療機器	区分	特管	非特管
--------	--------	--------	----	----	-----

作業区分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アラーム	90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	流量計	1		IHI支給

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 II × 1 名 × 7500 円	22,500
3	派遣料	30km 名 × 100 円	3,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

実 施 者

京都S/C

TEL 075-283-0410

渡辺

部署長

入力

検印

納品書

メモ

IHI

特記事項

3月17日 13時 25分

①管理 No. 781367

②作業口 20 160308

③Uコード 0757118241

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100033

⑦保守・サービス形態 9-3-50

⑧故障コード 32-399-1

⑨実施SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援

⑫原因・処理 6-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等 28,500

⑮

⑯

税別合計金額 28,500

B

消費税 2,280

ご請求金額 ¥ 30,780

納 品 書 No. 10172