

D 作業報告書

得意	かいほら歯科医院		様	ご承	
住所	京都市左京区兼光町5-1-1 兼光ビル				
TEL	075-703-8148	室名		ご依頼	
機種型式	BC-17		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	
取扱業者名			様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象

エラー No 10 (蒸気発生器内高温異常)

原因

蒸気発生器用給水ポンプフィルタ一同詰まりにより給水が止まり、蒸気発生器内が空焚きになったと思われます。

処置

給水ポンプフィルタ部分解体清掃
試運転
蓋13キン(在庫品)交換取付致しました。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 08 月 19 日

保守形態

1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検整備 5 点検 9 対象 (摘要✓)

サービス形態

1 保守期間 2 ポイント CM 3 医療機器 4 区分 5 特 6 非特

作業区分

00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 撤去移設

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

モ

IHI

特記事項

8月30日 2/2 枚

①管理 No. 792031

②作業日 20 16 08 19

③Uコード 0752038148

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 131 - 3

⑨実施SC 68

⑩技術者 38

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - P - 1 - 2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2-H×	名× 2,500 円	15,000
3	派遣料 22km	名× 100 円	2,200
4	宿泊費 泊×	名× 円	
5	諸経費		3000
6			

サインセンター

京都

TEL 075-283-0410

実施者 小林

部署長 入力 検印 納品書

渡辺 小林 長川 小林

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等 20,200

17,200

⑮

⑯

税別合計金額 20,200

17,200

B

消費税 1,616

13,760

ご請求金額 ¥ 21,816

18,576

納品書 No. 4273