

D 作業報告書

依頼者様 京都歯科医院		様		ご承認印 (泉)	
住所 京都府京都市中區西門町7-41		TEL 0771-25-8881		室名 様	
機種 WD-150		号機 WD-150		回 様	
完済		継続		有料	
無料		製番 13080007		✓	
取扱業者名		ご担当者		様	

ご依頼内容・現象
WD-150 2年目保守点検

原因

処置
 X交換部品
 循環ポンプ1台
 蓋パッキン上側 1本
 蓋パッキン下側 1本
 洗剤4-ブ 2本
 メニズレター 1本
 プレズレター 1本

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言
 隣の機器のコンディション
 メーカー
 機種
☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり
 部位

☐別紙添付 ☒あり ☐なし

作業日 20 16 年 09 月 30 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器	区分	特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 RC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201120	蓋パッキン=500	1		790
T00201100	蓋パッキン=1500	1		1050
T00202460	HEPAフィルター	1		14700
T00202300	入口フィルター	1		520
T00203190	DPIセンサーAssy	2		2800
	循環ポンプ	1		IHI支給品

1	基本・据付(点検)性検	(見積書No.)	13140
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	72km 名×100 円×1.6	11520
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	有材料高速代	3320
6		ポンプ交換費	5000

サービスセンター
 京都
 TEL 077-283-0410

実施者
 小村

メモ IHI

特記事項
 10月3日 4/8 枚

①管理 No. 789800

②作業日 20 16 09 30

③Uコード 0771258981

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 13080007

⑦保守・サービス形態 4-2-20

⑧故障コード

⑨実施SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援 38

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 19860
⑭ B	技術料等 32980
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 52840
⑱	消費税 4227
ご請求金額 ¥ 57067	
納品書 No. 5668	