

作業報告書

指図 かいほら歯科クリニック様	ご承認印 3/6/19
住所 京都市左京区一乗寺染殿町5-1	
TEL 075-763-8148	室名
機種 BC-17	依頼 様
完了	継続
有料	無料
製番 14090191	号機 14090191
取扱業者名 様	ご担当者 様

ご依頼内容・現象
ドアロックエラーが出る。

原因
扉ロック金具と扉フックロック金具が接触してロックが解除されないためエラーとなった

処置
扉ロックユニット、ライナードより位置調整
扉パッド交換
試運転

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Dr ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	部位

作業日 20 17 年 3 月 28 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器		特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
TC0100460	ドアロック	1		4600

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 4-H × 1名 × 7500円	30000
3	派遣料 22km 名 × 1000円	2200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000
6		

サービスセンター
京都S/C
TEL 025-283-0410

実施者
渡辺

メモ
IH1

特記事項
3月9日 13/13 枚

①管理 No. 790654

②作業日 20 17 03 28

③Uコード 0757038148

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14090191

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-006-2

⑨実施SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳
⑬ A
部品代 4600
⑭ B
技術料等 35200
⑮
⑯
税別合計金額 39800
⑰
消費税 3184
ご請求金額 ¥ 42984
納品書 No. 11083