

D 作業報告書

得意様	いづみ歯科医院		様	ご承認印	
住所	京都府亀岡市篠原2丁目1-41			最	
TEL	0771-25-8981	室名		依頼	様
機種型式	BC-17	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	1306007
取扱業者名	様		ご担当者	様	

ご依頼内容・現象	エラー-10
原因	給水電磁ポンプスレーナー回詰まり により誤動作発生給水不調、高温となりエラー-10が出た
処置	電磁ポンプ分解清掃 試運転

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	図の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 12 月 31 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 特約	(摘要√)
サービス形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コピー
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

メモ	IHI
特記事項	8月1日 1 枚

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料 2 H×	名× 7,500 円	15,000
3	派遣料 72km	名× 100 円	7,200
4	宿泊費 泊×	名× 円	
5	諸経費		7,000
6	有料高建代		7,720

サービスセンター	京都SC	実施者	小林
TEL	075-283-0410		

部署長	入力	検印	納品書
印	印	29.8.1	印

①管理No.	794571
②作業日	20 17 07 31
③Uコード	0771258981
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	1306007
⑦保守・サービス形態	9-2-60
⑧故障コード	32-203-3
⑨実施SC	68
⑩技術者	38
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-8-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	
部品代	0
⑭B	
技術料等	28,520
⑮	
⑯	
税別合計金額	28,520
⑰	
消費税	2,281
ご請求金額 ¥	30,801
納 品 書 No.	3772