

C 作業報告書

依頼者 中多歯科クリニック	様	ご承認印
住所 京都市西京区桂下町1-84		
TEL 025-393-6655	室名	
機種名 高圧真空滅菌装置	メーカー モリタ	
型式 BC-17	(号機)	製造番号 13100037
完了	総括	有料
	無料	運搬回数

ご依頼内容・現象

ドアハンドルが動かない

(ご依頼者 様)

原因

ドアハンドル固定部のヒビワレ及ヒドドアロックカドアが動いているのにロック状態になっていた。

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

○マニュアル操作によりロック解除
 ○ドアハンドル交換

お客様への伝言

作業日 2019年3月18日

保守 1 保守契約 2 点検整備 3 点検整備 4 点検整備 5 点検 19 点検外 (摘要)	サービス 1 保守契約 2 点検整備 3 CM 医療機器 区分 管 非 特 管	作業 10 製品販売 11 現品整備 20 定期点検 30 点検整備 40 点検 50 点検 60 搬去移設 70 PR 72 取説説明 73 改造 74 部品修理 75 下見 77 RC 80 アフター 90 その他
---	--	--

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00102440	ドアハンドル	1		1300

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2日 × 1名 × 8000 円	16000
3	派遣料	32km × 1名 × 100 円	3200
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6			

サ ー ビ ス セ ン タ ー	京都	実施者 渡辺
TEL 075-283-0411		

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者 (請求先)

IHI

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理№ 815277

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒347-0013 長野県千曲市小島3171-6
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4874

川口SC	つくばSC	大宮SC	さいたまSC
横浜SC	金沢SC	名古屋SC	京都SC
大阪SC	福岡SC	札幌SC	仙台SC
旭川SC	旭川SC	旭川SC	旭川SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒840-0002 長野県上田市住吉260-8
TEL 0268-27-2220 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒347-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4118

料 金 内 訳

⑬ A	部品代	1300
⑭ B	技術料等	22200
⑮		
⑯	別紙合計金額	23500
	消費税	1880

ご請求金額 ¥	25380
---------	-------

納品書№