

D 作業報告書

依頼者 あらし歯科クリニック	機	ご承認印 [印]
住所 京都府京都市西京区中合町56-12-1F		
TEL 075-822-0315	室名	
機種名	メーカー	
型式 BC-17	(号機)	製造番号 14060089
完了	継続	有料
	無料	保証期間 28/9

ご依頼内容・現象

*ドアパッキン交換、定期点検のメッセージが出る

(ご依頼者 機)

原因

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 19 年 07 月 16 日

保守 1 保守契約 2 性能点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 対象外	サービス形態 1 保守期間 2 スポット 3 CM 4 医療機器 5 区分 6 特 7 非特	作業区分 00 部品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 搬去移設 70 PR 72 取扱い説明 73 改修 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 フォーター 90 その他
---	---	--

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

100/10460	ドアパッキン	1		(点検料) 0

1	基本・据付	点検・性能検査	(見積書No.)	21000
2	技術料	H× 名×	円	
3	派遣料	17km×2 名× 100	円	2600
4	宿泊費	泊× 名×	円	
5	諸経費			
6				

サービスセンター 京都 TEL 075-283-0410	実施者 [印]
------------------------------------	------------

責任技術者 [印]	検印 [印]	入力 [印]	納品書 [印]
--------------	-----------	-----------	------------

取扱業者 (保証先)

(株) IHL アブリテック

(支店名)

環境加圧部 K-EZG

(ご担当者)

松下 様

(注文No.)

特記事項

2019年7月28日

①管理 No. 814088

②作業日 20 19 年 07 月 16 日

③Uコード 0758220715

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No. 14060089

⑦保守・サービス形態
作業区分 5 - 2 - 40

⑧故障コード 99 - 999 - A

⑨実施SC 88

⑩技術者 38

⑪同行・応援 [] , [] , []

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

⑬A

部品代 [] 0

⑭B

技術料等 23600

⑮

[] [] []

⑯

税別合計金額 23600

⑰

消費税 1888

ご請求金額 ¥ 25488

納品書 No. 3554