

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2019年 11月 18日 【対応日】 2019年 11月 18日
 【連絡元】 ☒ モリタ(担当者: おかい様) ☐ ディーラー(担当者:)
☐ ユーザー ☐ その他()
 【所在地&ユーザー名】 京都 オフィス 歯科

案件No. 19073

電話受付: 尾関

現地対応: 小山、深井

送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100033)

【症状・エラーコード】

エラー11

【対応方法】
☐ 預かり修理(代替機No.)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他()

【運転情報】

運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()

※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【設置場所】

☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無
 <ICC・BC>
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【現地対応者コメント・所感】

11/1 修理機返却をし、11/18 朝エラー11の表示が出ていた。
 夜かいた状態で翌朝にエラー11の表示が翌生れ。
 現在午後12時には表示が消えている。

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

11/18 小山、深井 現地修理 対応済み