

点検・修理報告書

管理 No.

QM-054

発行日:

2019年 11月 27日

IC Clave	
作業年月日	2019年11月27日
顧客名	マス歯科 様
所在地	京都府京都市上京区上立売通堀川西入芝薬師町623
販売店	TEL:
納入年月日	2018 年 9 月 18 日
保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100361	運転回数: 999回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・運転中に「ドアを閉めてください」と表示される。

原因

・ドアパッキンがちょうどメンテナンス時期になっておりました。

パッキンがつぶれて柔らかくなっており、ハンドルが少し緩い状態となっておりましたので、締めた状態で振動やハンドルのタッチなどにより、少し動いてしまい、ドアが開放していると検知した物と思われます。

処置、作業内容

・ドアパッキンを新品交換いたしました。

特記事項

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 ドアパッキン		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 27日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/11/27	'19/11/27	'19/11/27