

点検・修理報告書

管理 No. 20191007
発行日: 2019年10月7日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 10 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	岳歯科クリニック 様		TEL:
所在地	京都府京都市伏見区桃山町因幡104番		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 京都支店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 11 月 23 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100303	運転回数: 1323
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 運転時に真空ポンプより水漏れが発生しました。		
原因		
・ 真空ポンプ出口側の継手が破損して水が漏れました。		
処置、作業内容		
・ 真空ポンプの部品交換致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償	2. 無償 ☒	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	
		合 計	

お客様ご確認署名欄
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒612-8007 京都市伏見区桃山町因幡104番
岳歯科クリニック
院長 芳本 岳
TEL 075-603-0111 FAX 075-603-0261

修理業者 株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

