

点検・修理報告書

管理 No. 20196891

発行日: 2019 年 10 月 31 日

機種/型式	ウォッシャーディスイネクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 10 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	まつえだ歯科医院	様	TEL:
所在地	京都府京都市左京区一乗寺地藏本町20		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2015 年 11 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100033	運転回数: 1792 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー2 洗浄槽満水

原因

給水・給湯流量計の誤検知

処置、作業内容

給水・給湯流量計の交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	流量計				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

京都市左京区一乗寺地藏本町20

まつえだ歯科

院長 松枝良祐

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	桐野
'19/10/31	'19/10/31