

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020年5月21日 【対応日】 2020年5月22日 (2020~)

【連絡元】 モリタ(担当者: 木村 様) ディーラー(担当者:)
ユーザー (080-9939-2897) その他()

【所在地&ユーザー名】 京都 まつだ歯科 (担当: タニ 様)

案件No. 20096

電話受付: 尾 様

電話・現地対応: 小嶋

送り状番号:

【機種】
IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
(機番: 100033)

【症状・エラーコード】
エラー11 ドアセンサー異常

【対応方法】
 預かり修理 (代替機No.)
 現地対応
対応内容: 部品交換()
 その他 ()

【運転情報】
運転回数:()回 ※前回メンテからの運転回数
保守点検: 有 無 販売店確認
修理方法: 有償 無償 販売店確認
備考:()
※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
<ICW・WD>
 水
 水&温水
<ICC・BC>
 生成器
(アイオニー)
 精製水購入

【設置場所】
 作業台上 シンク下
 その他()

【ラック・バスケット種類】
<ICW・WD>
 標準ラック
 ハンドピースラック
<止水プラグ使用>
 有 無
<SUSフィルター洗浄>
 有 無

【現地対応者コメント・所感】
メンテナンスの表示も出ているが、一先ず、修理のための対応。
その後、モリタ木村様が院長と相談して、保守点検を実施するか
どうが決める。

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
 単回使用 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
 有 無

点検・修理報告書

管理 No. 202005508

発行日: 2020年 5月 22日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2020年 5月 22日	作業時間:	Hr
顧客名	まつえだ歯科 様	TEL:	
所在地	京都府左京区一乗寺地藏本町20	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015年 11月 19日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号: 100033	運転回数: 1066 / 2112 回	運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施
------	--------------	---------------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー11 ドアセンサー異常

原因

ドアロックの位置ズレ

処置、作業内容

ドアロックの調整

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償		部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
京都府左京区一乗寺地藏本町20

ご署名 まつえだ歯科

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

院長 松枝良祐

責任技術者 作業者

小山