

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020年12月9日

機種/型式	WD150		
作業年月日	2020年11月18日		作業時間：Hr
顧客名	日の丸歯科様	TEL：	
所在地	京都府京都市下京区室町通六条下ル西魚屋町235		ご担当様
販売店			ご担当様
納入年月日	2014年11月7日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14060098	運転回数：1042
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー3 機器内漏水		
原因		
・機器内センサーブロックより水漏れ		
処置、作業内容		
・排水ブロック交換し機器内清掃点検確認		
・同時に点検作業実施		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	点検キット		1セット		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

〒600-8160 京都市下京区室町通六条下ル西魚屋町235

ご署名 日の丸歯科医院 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/11/18 池	藤原PJサービス '20/11/18 富田	藤原PJサービス '20/11/18 安田