


点検・修理報告書

管理 No. A-115
発行日: 2020年 11月 27日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 11 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	いずみ歯科 様		TEL:
所在地	京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘1-41		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013 年 11 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13080007	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・予備洗浄時給水量不足		
原因		
・給水タンクフロート破損		
処置、作業内容		
・交換で修理		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水フロート		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 11月 27日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/11/27 菊池	環境PJサービス '20/11/05 富田	環境PJサービス '20/11/05 安田