

点検・修理報告書

管理 No. 210749
発行日：2021 年 11 月 29 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 11 月 17 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	いずみ歯科医院 様		TEL： 0771-25-8981
所在地	京都府亀岡市篠町夕日丘1-4 1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013 年 11 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13080007	運転回数： 4906
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドア開閉不良		
原因		
・ドアレバー破損		
処置、作業内容		
・ドアレバー交換		
・給水タンク内清掃・水ポンプフィルター清掃		
・各種点検・清掃・運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアレバー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 3 日
医療法人成幸会 いずみ歯科医院
ご署名 理事長 泉 要 佑 泉

修理業者
株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '21/11/22	富田 '21/11/12	安田 '21/11/12