

# 点検・修理報告書

管理 No. 210xxx  
発行日: 2021年10月29日

|                      |                                                                                                    |                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                    |                                                            |
| 作業年月日                | 2021年10月22日                                                                                        | 作業時間: 8 Hr                                                 |
| 顧客名                  | 中尾歯科クリニック 様                                                                                        | TEL:                                                       |
| 所在地                  | 京都府長岡京市友岡4-21-13                                                                                   | ご担当 様                                                      |
| 販売店                  |                                                                                                    | ご担当 様                                                      |
| 納入年月日                | 2019 年 11 月 28 日                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                                   | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取                | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |

|                                                          |              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                                                     | 製造番号: 100465 | 運転回数: 1329回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                          |              |             |
| ・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。                                    |              |             |
| 原因                                                       |              |             |
| ・真空ポンプが故障しておりました。そのために、吸引時に圧力が低下しないので、エラー12が発生したと考えられます。 |              |             |
| 処置、作業内容                                                  |              |             |
| ・真空ポンプを交換しました。                                           |              |             |
| 特記事項                                                     |              |             |
| ・缶内フィルターのOリングが劣化しておりましたので、交換しました。                        |              |             |

|   | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------------|--------|----|----|
| 1 | 真空ポンプ  |             | 1      |    |    |
| 2 | Oリング   |             | 1      |    |    |
| 3 |        |             |        |    |    |
| 4 |        |             |        |    |    |
| 5 |        |             |        |    |    |
| 6 |        |             |        |    |    |
| 7 |        |             |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |             | 技 術 料  |    |    |
|   |        |             | 出 張 料  |    |    |
|   |        |             | 合 計    |    |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 11 月 9 日

ご署名 瀬田小夜子 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
|-----------|-----------|-----------|
| 菊池        | 小山        | 瀬崎        |
| '21/10/29 | '21/10/29 | '21/10/29 |