

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

株式会社IHシバウラ
環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区大寺170番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

お客様	名称	公益財団法人尼崎口腔衛生センター 様	製造番号	13100088	ご確認	
	住所	兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目24番5号	納入日	平成26年6月20日		
	納入場所	兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目24番5号	納入検査・会社・実施者	株式会社IHシバウラ 富田		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	レ	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		レ	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	レ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	レ	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	レ	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	レ	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	レ	洗剤投入量の確認			
	レ	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ			運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	レ	行程表示LEDの点灯			
	レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

