

D 作業報告書

得意様	尾崎口腔衛生センター様			ご承認印
住所	兵庫県尾崎市南武庫元町3-24-5 (24#)			
TEL	06-6436-3005	室名		様
機種型式	TVD-150	号機	13100048	回
先方	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	ご担当者様			

ご依頼内容・現象

ベージュフプラン 2点目点検

原因

2

処置

吸紙点検表に基づく点検作業
 ×交換部品
 ・循環ポンプ 1ヶ
 ・エアフィルター×2 1ヶ
 ・エアフィルター7° 1枚
 ・洗剤ポンプ内部ホース 2本
 ・扉パッキン上部1ヶ 下部1ヶ

最終確認チェック
☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 06 月 22 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	特 非	管 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

御IHシバウラ
岡山事業所

215
A来

特記事項

①管理No.	775692
②作業日	20 16 06 22
③Uコード	0664363005
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	13100048
⑦保守・サービス形態	1-1-80
⑧故障コード	00 - 999 - 9
⑨実施SC	69
⑩技術者	67
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	循環ポンプ	1ヶ		支給品
T00202460	エアフィルター×2	1ヶ		14700
T00202300	= 7°	1枚		520
T00203190	洗剤ポンプ×2	2本	1400	2800
T00201100	扉パッキン上部	1本		1050
T00201120	扉パッキン下部	1本		790

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	12140
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	20K ¥ 1 名× 100 円	2000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	ポンプ交換	5000
6		馬主車場代	1000

サービスセンター	兵庫SC	実施者	東田
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	佐藤	久保

料金内訳

⑬A

部品代 19860

⑭B 20140

技術料等 15140

⑮

⑯

税別合計金額 40000

35000

消費税 3200

2800

ご請求金額 ¥ 43200

37800

納品書No. 2759