

D 作業報告書

機種	尼崎口腔衛生センター様			ご承認印
住所	兵庫県尼崎市南武庫之荘3-24-5			
TEL	06-6436-3005	室名		様
機種型式	WA-150	号機	958	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	様			ご担当者

ご依頼内容・現象
 “扉開放中に扉開放異常が
 発生した”

原因
 “再現性はありませんでしたが
 扉ロック機構部の不具合と
 思われます”

処置
 “扉ロック機構部交換一式
 “試運転確認OK”

最終確認チェック

<input checked="" type="checkbox"/> 漏れ	<input type="checkbox"/> 行程異常	<input type="checkbox"/> 異音・異臭	<input type="checkbox"/> 安全装置動作
<input type="checkbox"/> 絶縁	<input type="checkbox"/> プログラム設定	<input checked="" type="checkbox"/> 試運転	<input type="checkbox"/> 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Er <input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり <input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり
<input type="checkbox"/> 別紙添付 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> 添付	

作業日 20 16年 10月 17日

保守形態	1 保守契約	2 性能調整	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器		区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設備	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	扉ロック機構部一式			支給品

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H × 1 名 × 7500円	22500
3	派遣料	20 K × 1 名 × 1000円	2000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6		馬主専場	400

サービスセンター 兵庫SC TEL - -

実施者 栗田

メモ
 (株)EHIシバウラ
 岡山事業所
 請求

特記事項

①管理No. 786727
 ②作業日 20 16/10/17
 ③Uコード 0664363005
 ④⑤機種コード 11-09
 ⑥製造No. 13100088
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 32-018-9
 ⑨実施SC 69
 ⑩技術者 67
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9-9-5-2

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 27900
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 27900
⑱	消費税 2232
ご請求金額 ¥ 30132	
納品書No. 6051	