

作業報告書

依頼様	尾崎口腔衛生センター様				ご承認印	(海野)
住所	兵庫県尾崎市長武庫之荘3-24-5					
TEL	06-6436-3005	室名		依頼		様
機種型	AZA-150		号機	987	回	
完了	継続	有料	無料	製番	13100048	✓
取扱業者名				ご担当者	様	

ご依頼内容・現象

。運転終了後に「扉開放中に扉開放異常が発生した」が表示された

原因

。再製性はありませんでした

処置

。扉ロック機構部調整

。扉開閉確認OK

最終確認チェック

☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☒ なし

作業日 20 16 年 11 月 11 日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 特 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ユーザ
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H× 1 名× 7500 円	7500
3	派遣料	20k X 1 名× 100 円	2000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	駐車場代	600	

サレシセンター

兵庫県 SC

TEL - -

実施者

東田

メモ

(印) IHI バウラ

岡山事業所

請求

特記事項

①管理 No. 788753

②作業日 20 16 11 11

③Uコード 0664363005

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 13100048

⑦保守・サービス形態 1-1-50

⑧故障コード 32-099-2

⑨実施 SC 69

⑩技術者 67

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-9-2

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 10100
⑮	
⑯	税別合計金額 10100
⑰	消費税 808
ご請求金額 ¥ 10908	
納品書 No. 6944	