

D 作業報告書

依頼者 石川勝正・小児産科クリニック様	ご承認印 [印]
住所 神奈川県横浜市都筑区2-9-10 3F	
TEL 078-224-5222	署名 [印]
機種 IC Washer	号機 [印]
完了	継続
有料	無料
製造	型番
取扱業者名 様	ご担当者 様

ご依頼内容・現象
。運転中異音がする

原因
。再変性はありませんでした。

処置
。機内スプレー清掃
。水量確認OK
。循環ポンプ固定部のゆるみ確認OK
。試運転確認OK

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☒ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言 。機内スプレーの清掃を 定期的にお願ひします	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 02 月 07 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 医療機器	4 区分	5 特管	6 非特管	
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 [] 月 [] 日 [] 時 [] 分

出発時間 [] 月 [] 日 [] 時 [] 分

到着時間 [] 月 [] 日 [] 時 [] 分

作業完了時刻 [] 月 [] 日 [] 時 [] 分

メモ

御IHシハワ
岡山事業所
安田様請求

特記事項

※諸経費なし

①管理 No. 791801

②作業日 20 17 02 07

③Uコード 02 822 8 5272

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. [] [] [] [] [] []

⑦保守・サービス形態 9-3-50

⑧故障コード 62-116-3

⑨実施SC 69

⑩技術者 67

⑪同行・応援 [] [] []

⑫原因・処理 9-9-1-2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2 H × 1 名 × 7500 円		15000
3	派遣料 25k × 1 名 × 100 円		2500
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		
6			

サビセンダイ 神戸SC TEL - -

実施者 安田

部署長	入力	検印	納品書
	小林	長川	久保

料金内訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 17,500
⑮	
⑯	税別合計金額 17,500
B	消費税 1,400
ご請求金額 ￥ 18,900	
納品書 No. 9386	