

④ 作業報告書

登録簿	お日産科				様	ご承認印	
住所	兵庫県豊岡市高屋1142番968				0774		
TEL	0776-24-0230	室名			ご依頼	様	
機種型式	IC Washer			号機	運転回数	192 回	
完了	継続	有料	無料	製番	100218		
取扱業者名					ご担当者		
					様	様	

ご依頼内容・現象	○エラーコード NO.1 漏洩検出
原因	○循環配管部のサット及びホースバンドのゆるみによる水漏れ
処置	○循環配管部 サット及びホースバンド増締め ○漏水確認OK

最終確認チェック	☒ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
	☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了
	お客様への伝言			
	隣の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位			
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし				

作業日 20

7	7
---	---

 年

0	7
---	---

 月

2	8
---	---

 日

保形 守態	1 守契約	2 性檢 整備	3 性点檢	4 点檢 整備	5 点檢	9 対象 外	(摘要✓)	
	1 保守 期間	2 保入 ✓	3 CM	医療 機器		区分	特 管	非特 管
サービ ス形態	00 品 販元	10 納入 数量	11 地 理調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 円 /月	60 撤 去移 設
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× 1 名×7500円	15000
3	派遣料 270K X 1 名× 100円	27000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6	高圧料金	4040

サトーエッセンシャル
神戸SC
TEL - -

実
施
者
栗田

メモ

(註) IHI シボウラ
岡山事業所

小山 操 請求

特記事項

①管理 No. 794313

②作業日 20 170728

③Uコード 0796240730

④機種コード 11 - 09

⑤製造 No. 100218

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード 60 - 706 - 2

⑨実施 SC 69

⑩技術者 67

⑪同行・応援 [] , [] , []

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

部品代			
-----	--	--	--

技術料等	49,080
------	--------

(5)			
-----	--	--	--

税別合計金額	49080
--------	-------

消費税	3923
-----	------

ご請求金額 円	52963
---------	-------

納品書 No.	3926
---------	------