

点検・修理報告書

管理 No. 20181114
発行日: 2018年 11月 14日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018 年 11 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	いなだ歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	兵庫県たつの市揖保川町新在家207-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 2 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100308	運転回数: 1072 回	運転回数リセット: ☒ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

点検のお知らせ表示

原因

処置、作業内容

パッキン 交換
排水タンク 清掃

特記事項

~~圧力センサーを対策品に交換~~

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 11 月 14 日
医療法人社団 いなだ歯科クリニック

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	小 山

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2018 年 11 月 14 日
【連絡元】 ☒ モリタ (担当者: 中道)
☐ ユーザー
☐ その他 ()
【ユーザー名 & 県名】

いなか 歯科クリニック 兵庫県

IC Washer【機番: 】

IC Clave【機番: 100308】

【症状】

【症状】

点検お知らせ

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☒ 現地対応

《対応内容》 ☒ 部品交換 (パッキン)
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

☐ 水 & お湯

【給水方法】 ☒ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☐ ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ】 ☒ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☒ 網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】