

## ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 石井矯正・小児歯科クリニック 御中 製造番号 100054

住所 兵庫県神戸市垂水区舞子台2-9-10 ミサキメディカルビル3F

点検日 2018年 11 月 22日

点検時間 ～ 点検者 日高

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

### 特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2018年 12 月 5 日

ご署名

石井 信行 

本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック  
環境プロジェクト部  
岡山県岡山市東区西大寺170-6  
TEL (086)944-6528