

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 田中 歯科 クリニック 御中 製造番号 100131
住所 兵庫県 西宮市 甲子園口 2-3-3 パルナ-ラ 甲子園口
点検日 2018年 12月 25 日
点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒663-8113 西宮市甲子園口2-3-3

田中歯科クリニック

2018年 / 12月 28 日

院長 田中 宏和

ご署名

印

本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528