

点検・修理報告書

管理 No. 20181009

発行日: 2018年 10月 9日

機種/型式	ICクレープ		
作業年月日	2018 年 10 月 9 日		作業時間: Hr
顧客名	明石駅前歯科クリニック 様		TEL: 078-915-2525
所在地	兵庫県明石市大明石町1-6-1 ハピオスあかし3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100206	運転回数: 910回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー16 (蒸気注入異常)			
原因			
・蒸気弁が開かなくなっている			
処置、作業内容			
・蒸気弁を新品交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
BMS-Test ☒STEAM		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

医療法人社団 川畑歯科医院

明石駅前歯科クリニック

ご署名

〒673-0891

明石市大明石町1-6-1 ハピオスあかし3F

TEL 078-915-2525

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030