

《不具合対応報告書》

担当者: 深井

【発生日】 2018 年 11 月 8 日
【対応日】 年 11 月 8 日
【連絡元】 ☐モリタ (担当者:)
☐ユーザー
☐その他 ()
【ユーザー名 & 県名】
尾崎口腔衛生センター、兵庫

IC Washer【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー-30

【対応方法】 ☒引取り修理 (代替機no. 8 (00059))

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☒精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】 ☒ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☒トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】