

D 作業報告書

依頼者	神戸大学医学部附属病院様			承認印
住所	兵庫県神戸市中央区楠町2-5-2			様
TEL	028-382-5111	室名	産科口内外科	様
機種	WA 150		号機	1004 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名			ご担当者	
			様	

ご依頼内容・現象

定期保守点検作業

原因

2

処置

・同上

・内容は点検報告書をご参照(27頁)

・交換部品

・トリアン(上下) 1枚

・エアフィルタ(プレ) 1枚

・エアフィルタ(メイン) 1枚

・洗剤ポンプ(757) 2枚

最終確認チェック

☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 10 月 26 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 入替	3 CM	医療機器		特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201100	トリアン(上)	1		1050
T00202300	エアフィルタ(プレ)	1		520
T00202460	エアフィルタ(メイン)	1		14700
T00203190	洗剤ポンプ(757)	2	1400	2800
T00201120	トリアン(F)	1		790

1	基本・据付	点検	性検	(見積書No.)	13140
2	技術料	H×	名×	円	
3	派遣料		名×	円	
4	宿泊費	泊×	名×	円	
5	諸経費				
6					

サレセンター

神戸SC

実地者

TEL - -

部署長

検印

入力

納品書

30.11-2

久保

メモ

④IHI アグリテック

岡山事業所

小山様 請求

待記事項

①管理No. 807352

②作業日 20 18 年 10 月 26 日

③Uコード 0783825111

④機種コード 11 - 72

⑥製造No. 13100050

⑦保守・サービス形態 5-2-20

⑧故障コード 00-999-A

⑨実施SC 69

⑩技術者 67

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 19860

⑭B

技術料等 13140

⑮

⑯

税別合計金額 33000

⑰

消費税 2640

⑱

ご請求金額 ¥ 35640

納品書No. 6599